




FICHA TÉCNICA

Código	Descripción	
AC 180 B	Abrazadera de tijera tipo Kelly - azul	CE

Imagen



Dispositivo médico de clase I no estéril certificado de acuerdo con el Reglamento de la EU 2017/745 (MDR) según el anexo II+III.

Dispositivo que se utiliza para sujetar gasas y tampones durante las operaciones generales de vendaje.

4 posiciones de cierre.

Sin látex

No contiene ftalatos

Control de calidad: visual

Esterilizable con: Óxido de Etileno; Rayos Gamma (hasta 25kGy); Vapor (ciclo a 125° por 20 minutos)

Envase estándar: 1000 piezas sueltas, no estériles, en doble bolsa de polietileno y cartón.

Conservación: Conservar los productos sanitarios en un ambiente seco y limpio, lejado de fuentes directas de calor.

Temperatura de almacenamiento: 0 ° C / 40 ° C (32 ° F / 104 ° F)

Vida útil del producto: 7 años

Atención: La exposición de este artículo a materiales, productos químicos, modos de esterilización o temperaturas distintos de los especificados puede causar cambios en el material del producto.

Si el uso es distinto, el comprador será el único responsable de la elección, adecuación y uso de este producto.

Registro: Código AC 180-CND V9099-GMDN 47570-N° Publicación RDM 2206071